

《メンテナンス記録》

大区分	小区分	機器名	製造番号 (シリアル番号)	保管場所	購入日	最終点検日	2019年度	2020年度	2021年度
1	1	治験薬用冷蔵庫 MPR-514-PJ	130446 (Panasonic)	試験薬剤管理室	2013.8.26	2021.2.17	《点検》 2019.8.23	《点検》 2020.8.19・2021.2.17	
1	2	治験薬用冷蔵庫 MPR-414F-PJ	130259 (Panasonic)	試験薬剤管理室	2013.8.26	2021.2.17	《点検》 2019.8.23	《点検》 2020.8.19・2021.2.17	
1	3	治験薬用冷蔵庫 MPR-414F-PJ	150246 (Panasonic)	試験薬剤管理室		2021.2.17	《点検》 2020.2.27	《点検》 2021.2.17	
1	4	治験薬用冷蔵庫 MPR-514-PJ	160142 (Panasonic)	試験薬剤管理室		2021.2.17	《点検》 2020.2.27	《点検》 2021.2.17	
1	5	治験薬用冷蔵庫 MPR-514-PJ	180910 (PHC)	試験薬剤管理室	2019.3.14	2021.2.17	《点検》 2020.2.27	《点検》 2021.2.17	
2	1	低温インキュベーター FMU-263I	6A-40245 (福島工業)	試験薬剤管理室	2013.6.23	2020.12.28	《点検》 2019.12.16	《点検》 2020.12.28	
2	2	低温インキュベーター FMU-263I	9B-50147 (福島工業)	試験薬剤管理室	2019.3.20	2020.12.28	《点検》 2020.2.19	《点検》 2020.12.28	
3	1	温度計 MD8000-N00	MD136J029 (CHINO)	試験薬剤管理室	2013.6.25	2021.2.16		《点検》 2021.2.16	
3	2	温度計 MD8000-N00	MD136J030 (CHINO)	試験薬剤管理室	2013.6.25	2021.2.16		《点検》 2021.2.16	
3	3	温度計 MD8000-N00	MD211J056 (CHINO)	試験薬剤管理室	2021.2.2			《購入》 2021.2.2	
3	4	温度計 MD8000-N00	MD211J057 (CHINO)	試験薬剤管理室	2021.2.2			《購入》 2021.2.2	
3	5	温度計 MD8000-N00	MD162J029 (CHINO)	試験薬剤管理室	2016.5.13	2021.2.16	《点検》 2019.4.16	《点検》 2021.2.16	
3	6	温度計 MD8000-N00	MD172J028 (CHINO)	試験薬剤管理室	2017.3.8	2020.2.21	《点検》 2020.2.21		
3	7	温度計 MD8000-N00	MD172J029 (CHINO)	試験薬剤管理室	2017.3.8	2020.2.21	《点検》 2020.2.21		
3	8	温度計 MD8000-N00	MD172J030 (CHINO)	試験薬剤管理室	2017.3.8	2020.2.21	《点検》 2020.2.21		《点検》 2021.4.13
3	9	温度計 MD8000-N00	MD191J031 (CHINO)	試験薬剤管理室	2019.3.14	2020.6.25		《点検》 2020.6.25	
3	10	温度計 MD8000-N00	MD191J032 (CHINO)	試験薬剤管理室	2019.3.14	2020.6.25		《点検》 2020.6.25	
3	11	温度計 MD8000-N00	MD191J035 (CHINO)	試験薬剤管理室	2019.3.25	2020.6.25		《点検》 2020.6.25	
3	12	温度計 MD8000-N00	MD19YJ031 (CHINO)	試験薬剤管理室	2020.3.13	2021.4.13	《購入》 2020.3.13		《点検》 2021.4.13
3	13	温度計 MD8000-N00	MD19YJ033 (CHINO)	試験薬剤管理室	2020.3.13	2021.4.13	《購入》 2020.3.13		《点検》 2021.4.13
3	14	温度計 MD8000-N00	MD19YJ033 (CHINO)	試験薬剤管理室	2020.12.24			《購入》 2020.12.24	
3	15	温度計 MD8001-300	MD154K085 (CHINO)	試験薬剤管理室	2015.5.15	2021.2.16	《点検》 2019.4.16	《点検》 2021.2.16	
3	16	温度計 MD8001-300	MD161K086 (CHINO)	試験薬剤管理室	2016.5.13	2019.4.16	《点検》 2019.4.16		
3	17	温度計 MD8001-300	MD16YK106 (CHINO)	試験薬剤管理室	2017.3.8	2020.2.21	《点検》 2020.2.21		《点検》 2021.4.13
3	18	温度計 MD8001-300	MD192K064 (CHINO)	試験薬剤管理室	2019.3.25	2020.6.25		《点検》 2020.6.25	
4	1	温度計 MD8003-T00	MD15ZN018 (CHINO)	検体処理室	2016.6.24				
4	2	温度計 MD8003-T00	MD174N021 (CHINO)	検体処理室	2017.6.29				
4	3	温度計 MD8003-T00	MD19YN029 (CHINO)	検体処理室	2020.5.20			《購入》 2020.5.20	
5		検体保存用冷蔵庫 MPR-214F	70613 (SANYO)	臨床研究センター執務室	2007.12.25	2020.10.30	《点検》 2019.10.9	《点検》 2020.10.30	
6		検体保存用冷蔵庫 MPR-215F-P	150528 (Panasonic)	検体処理室	2016.3.14	2021.3.26	《点検》 2020.3.18	《点検》 2021.3.26	
7		超低温フリーザー MDF-U33V-PJ	150112 (Panasonic)	検体処理室		2021.4.13	《点検》 2019.4.11	《点検》 2020.4.21	《点検》 2021.4.13
8		最高最低温度計 SN-1800	— (熱研)	臨床研究センター執務室	2021.5.12			《購入》 2020.6.12	《購入》 2021.5.12
9		最高最低温度計 SN-1800	— (熱研)	検体処理室	2021.5.12			《購入》 2020.5.26	《購入》 2021.5.12
10	1	遠心分離機 KUBOTA2800	J61352-A000 (KUBOTA)	検体処理室	2008.8.5	2021.6.14	《点検》 2019.8.9	《点検》 2020.6.29	《点検》 2021.6.14
10	2	遠心分離機 KUBOTA2800	T44301-A000 (KUBOTA)	検体処理室	2017.4.2	2021.6.14	《点検》 2019.6.7	《点検》 2020.6.29	《点検》 2021.6.14
11		遠心分離機 KUBOTA2800	P63113-A000 (KUBOTA)	臨床研究センター執務室	2013.7.10	2021.6.14	《点検》 2019.8.9	《点検》 2020.6.29	《点検》 2021.6.14
12		遠心分離機 KUBOTA3740	RZ3747 (KUBOTA)	検体処理室	2016.3.14	2021.6.14	《点検》 2019.8.9	《点検》 2020.6.29	《点検》 2021.6.14
14		体重計 seca877	5877364122617 (seca)	臨床研究センター診察室	2013.3.7	2019.4.3	《点検》 2019.4.3		《点検》 2021.6.30
15		体重計 WB-260A	15010193 (TANITA)	臨床研究センター診察室	2015.2.19	2021.4.22			《点検》 2021.4.22
16	1	血圧計 ES-H56	5191002721 (TERUMO)	臨床研究センター診察室	2020.5.20	2021.5.27		《購入》 2020.5.20	《点検》 2021.5.27
16	2	血圧計 ES-H56	5201003324 (TERUMO)	臨床研究センター診察室	2021.1.12			《購入》 2021.1.12	
16	3	血圧計 ES-H56	5190703522 (TERUMO)	臨床研究センター診察室	2020.3.13		《購入》 2020.3.13		《点検》 2021.4.12
17	1	全自動血圧計 TM2657P-JC	2A4202075 (エーアンドデイ)	臨床研究センター診察室	2015.10.26	2020.3.16	《点検》 2020.3.16		《点検》 2021.4.16
17	2	全自動血圧計 TM2657P-JC	2A4201248 (エーアンドデイ)	臨床研究センター診察室		2021.3.25	《点検》 2020.3.2	《点検》 2021.3.25	
18		心電計 Kenz-Cardico1211	1112-1125 (SUZUKEN)	臨床研究センター診察室	2012.1.	2021.1.18	《点検》 2020.1.20	《点検》 2021.1.18	