

【受信機】

試験薬剤管理室受信機（型番：MD800R-00U）

【送信機】

No.	送信機名称	設置場所	温度許容範囲
1	MPR-S500 冷蔵室温度① ID : DAD Serial 番号 : MD25ZJ051 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-S500 (Serial 番号 : 2260165) の冷蔵室	2℃～8℃
2	MPR-S500 冷蔵室温度② ID : DAE Serial 番号 : MD25ZJ052 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-S500 (Serial 番号 : 2260462) の冷蔵室	2℃～8℃
3	MPR-514 冷蔵室温度③ ID : DAF Serial 番号 : MD25ZJ053 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 180910) の冷蔵室	2℃～8℃
4	MPR-514 冷蔵室温度④ ID : DB0 Serial 番号 : MD25ZJ054 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 210196) の冷蔵室	2℃～8℃
5	MPR-514 冷蔵室温度⑤ ID : DB1 Serial 番号 : MD25ZJ055 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-514 (Serial 番号 : 210522) の冷蔵室	2℃～8℃
6	MPR-N450 冷蔵室温度① ID : DB2 Serial 番号 : MD25ZJ056 型番 : MD8000-N00	PHC(株)MPR-N450 (Serial 番号 : 2290381) の冷蔵室	2℃～8℃
7	MPR- N450 冷凍室温度① ID : 1131F Serial 番号 : MD25YK060 型番 : MD8001-300	PHC(株)MPR-N450 (Serial 番号 : 2290381) の冷凍室	-20℃以下
8	MPR-414 冷蔵室温度② ID : DB3 Serial 番号 : MD25ZJ057 型番 : MD8000-N00	パナソニック(株)MPR-414 (Serial 番号 : 150246) の冷蔵室	2℃～8℃

9	MPR-414 冷凍室温度② ID : 11320 Serial 番号 : MD25YK061 型番 : MD8001-300	パナソニック(株)MPR-414 (Serial 番号 : 150246) の冷凍室	-20℃以下
10	低温インキュベーター温度① ID : DB4 Serial 番号 : MD25ZJ058 型番 : MD8000-N00	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 6A-40245) の常温室	15℃～25℃
11	低温インキュベーター温度② ID : DB5 Serial 番号 : MD25ZJ059 型番 : MD8000-N00	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 9B-50147) の常温室	15℃～25℃
12	低温インキュベーター温度③ ID : DB6 Serial 番号 : MD25ZJ060 型番 : MD8000-N00	福島工業(株) FMU-263I (Serial 番号 : 1L-50493) の常温室	15℃～25℃
13	室温保管庫 ID : DB7 Serial 番号 : MD25ZJ061 型番 : MD8000-N00	試験薬剤管理室 (先端臨床研究センター棟 2 階) 内 の室温保管棚	1℃～30℃