

病室用マットレス  
仕様書

公立大学法人福島県立医科大学

1 調達物品名及び数量

病室用マットレス 120枚

2 納入期限

令和9年3月31日(水)

3 納入場所

公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター  
(福島県会津若松市河東町谷沢字前田21番地2)

4 調達物品に備えるべき技術的要件

(性能・機能に関する要件)

病室用マットレスについては、以下の要件を満たすこと。

4-1 概要

4-1-1 適度な体圧分散性および屈曲性を有し、表裏で硬さを切り替え可能なリバーシブル構造であること。また、端座位保持を安定させるための端部補強材(サイドエッジ)を配置していること。

4-1-2 カバーには抗菌機能を付加していること。また、清拭消毒が可能であり、次亜塩素酸ナトリウム1.0%による清拭に対応していること。

4-1-3 寸法は、幅)83cm、長さ)191cm、厚さ)12cm 程度であること。

4-2 詰め物の構成・機能については、以下の要件を満たすこと。

4-2-1 詰め物は、体圧分散性を重視したソフト面と、動きやすさを重視したハード面の二層構造とすること。

4-2-2 ソフト面はウレタンフォームを使用し、適度な体圧分散性能を有するとともに、屈曲性向上のため3分割スリット加工が施されていること。ハード面は、ウレタンフォームに加え、ポリエステル素材による端部補強材(サイドエッジ)で構成されていること。

4-3 カバーの構成・機能については、以下の要件を満たすこと。

4-3-1 カバーはソフト面側とハード面側の二層構造とし、各面の識別が容易となるよう、色分け等により明確に区別できる構造であること。

4-3-2 カバーの片側短手1辺が開口できるようにファスナーを配置し、詰め物の出し入れやカバー交換が容易に行える構造であること。

4-3-3 カバー外側の生地は、汚れが容易に除去でき、防水性・抗菌性・難燃性・耐薬品性を有すること。これらの性能を満たす素材として、ポリエステル繊維にポリウレ

タンフィルムをコーティングした素材、または同等以上の性能を有する素材を使用していること。

4-3-4 カバー内側の生地は、カバーの着脱性および伸縮性を確保するため、ポリエステル製ニットを使用していること。

4-3-5 清拭消毒を可能にするため、防水・低透湿性を有すること。

4-3-6 ファスナー部からの浸水を防ぐため、ファスナーに止水加工を施していること。

4-3-7 カバー側面に取っ手を配置する等、持ち運びが容易な構造であること。

# 付帯事項

その他付帯事項として、以下の要件を満たすこと。

## 1 一般的条件

- 1-1 受注者は、納入期限を順守するとともに、納品にあたっては事故が生じないよう十分配慮し、疑義が生じた場合には、本学担当者に速やかに連絡すること。
- 1-2 調達物品を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、受注者が責任を持って行うこと。
- 1-3 新品・未開封の物品を納品すること。

## 2 設置条件

- 2-1 設置場所については、本学担当者の指示によること。
- 2-2 物品の運搬、搬入、設置等に係る費用は受注者の負担とし、本学担当者の指示により実施すること。
- 2-3 搬入の際には受注者が立会い、病院の施設に損傷を与えないよう十分な注意を払うように務め、必要があれば納入経路に養生等を施すこと。万一、病院の建物、設備等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状に復するものとする。
- 2-4 受注者は納品前に現地下見を行い、問題が生じる可能性がある場合には、その旨を本学担当者に報告し、双方協議の上対応すること。
- 2-5 搬入作業の実施日時は、双方協議の上決定すること。

## 3 その他

- 4-1 本仕様書に記載のない事項については、本学担当者との協議に応じること。