

仕様書 別記

周術期患者情報システム 一式

1 調達物品の備えるべき技術的要件

(性能、機能に関する要件)

周術期患者情報システムは、以下の要件を満たすこと。

- ① 手術申込み情報として診療科名、手術予定日、患者氏名、年齢、性別、身長、体重、病棟、主治医、病名、術式名等の情報を HIS 連携が可能であり、表示できること。
- ② 麻酔記録画面は、トレンド画面、イベント画面、リマークス画面、体位／ライン画面、薬剤画面、IN／OUT 画面等の画面で入力・表示可能であること。
- ③ 人工心肺運転中の心肺データ（酸素流量、酸素濃度、送血温、脱血温、最高血圧／最低血圧、中心静脈圧、直腸温、食道温、深部温、末梢温、等）を記録できること。
- ④ 麻酔記録、人工心肺記録の入力データは一つのデータベースに保存され、データを一元管理できること。
- ⑤ 既存システムのデータ移行の範囲は、患者一覧（台帳）、麻酔記録、人工心肺記録とする。
- ⑥ 既存システムの麻酔記録のデータは、次期システムにおいても、電子カルテシステムから参照可能であること。
- ⑦ 既存システムの麻酔記録、人工心肺記録のデータは、次期システムにおいても、検索対象になるようデータ移行すること。
- ⑧ 手術室の既存生体情報モニタからの数値・波形情報の取り込み、電子カルテシステムからの参照が可能であること。