

条件付一般競争入札説明書等に関する回答書

令和3年6月14日

公立大学法人福島県立医科大学理事長

| | |
|--|---------------------------|
| 案件名 | 教育研究用核医学イメージング評価支援システム 一式 |
| 質 問 事 項 | |
| <p>仕様書内訳の2、3、4行目の「装置評価ファントム」、「Hoffman 3D Brain phantom」「PMODソフトウェア(Basw license)」は、日立ではなく、PMOD社製のもので応札可能でしょうか。5行目「OLINDAソフトウェア」は、日立ではなく製造元「M. G. Stabin」で宜しいでしょうか。6、7、8、9、10行目は、日立ではなく「QUASAR」社の製品で応札可能でしょうか。12行目は日立ではなく、エーコー製のもので宜しいでしょうか。ご確認お願い致します。</p> | |
| 回 答 事 項 | |
| <p>仕様書の内訳を、下記のとおり変更します。</p> <p>「日立 装置評価用ファントム」→「PMOD 装置評価用ファントム」 「日立 Hoffman 3D Brain phantom」→「PMOD Hoffman 3D Brain phantom」 「日立 PMODソフトウェア(Base license)」→「PMOD PMODソフトウェア(Base license)」 「日立 OLINDAソフトウェア」→「M. G. Stabin OLINDAソフトウェア」 「日立 NEMA IEC bodyファントム」→「QUASAR NEMA IEC bodyファントム」 「日立 PET・SPECTファントム(Jaszczakファントム)」→「QUASAR PET・SPECTファントム(Jaszczakファントム)」 「日立 08-401型Pro-NM Flood RECTファントム」→「QUASAR 08-401型Pro-NM Flood RECTファントム」 「日立 骨シンチ胸腹部ファントム(ISMM型 or 08-521型)」→「QUASAR 骨シンチ胸腹部ファントム(ISMM型 or 08-521型)」 「日立 08-511型BTファントム(メチオニン脳腫瘍ファントム)」→「QUASAR 08-511型BTファントム(メチオニン脳腫瘍ファントム)」 「日立 耐火金庫 エーコー製 700DKG 搬送設置費含む」→「エーコー製 耐火金庫 700DKG 搬送設置費含む」</p> | |