

仕 様 書

1 購入物品及び数量

経頭蓋直流刺激 (tDCS) 装置 一式

2 納入期限

令和5年2月28日まで

3 納入場所

作業療法準備室 I

4 購入内訳

別記のとおり。

5 その他

- (1) 物品の納入スケジュールについては、納入期限内で発注者と協議のうえ決定すること。
- (2) 運送、搬入、据付、試運転、機器調整等を行い、使用可能な状態で引き渡すこと。なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (3) 必要に応じ、電気、ガス、排気等の接続を行うこと。なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (4) 納入の際は、事前に納入予定日時を発注者の指示する職員と協議の上、指示する場所に設置すること。不要な梱包材等の撤去は、受注者が行うこと。
- (5) 取扱説明書（日本語）を1部提出すること。
- (6) 購入物品の運用及び管理に必要な事項について、最終検収前に発注者の指示する職員に対し、必要十分な知識及び技術について指導するものとする。ただし、その実施場所、時期、内容等は別に協議の上定め、指導に要する資材及び経費等は受注者が負担するものとする。
- (7) 受注者は、併せて発注者の指示する職員に対して、購入物品の取扱、操作、日常の保守点検等について、必要な技術指導を行うものとする。
- (8) 定期点検や部品供給等のアフターサービスに速やかに対応可能であること。
- (9) 保証期間は納入後最低1年間とし、通常使用により故障・不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理、調整を行うこと。

別記

品名・規格・品質等	数量	単位
経頭蓋直流刺激 (tDCS) 装置 (内訳)	1	式
経頭蓋電気刺激装置	1	式
【構成内訳】		
1. neuroConn社 DC電気刺激装置 DC-STIMULATOR PLUSマルチ刺激対応型 型番 : 301020 (セット構成) 本体、5×7刺激電極+固定ヘルメット(1セット)、 充電アダプタ和文取説、専用キャリングケース	1	式
2. トリガー入力モジュール 303010	1	個
3. トリガー出力モジュール 303011	1	個
4. ラバー電極(5×5)2個組 305010	1	組
5. ラバー電極(5×10)2個組 305012	1	組
6. ラバー電極(3×3)2個組 305018	1	組