

仕 様 書

1 購入物品及び数量

第29-212号 密閉式自動固定包埋装置 1台

2 納入期限

契約日から60日以内

3 納入場所

公立大学法人福島県立医科大学肝胆膵・移植外科学講座

4 仕様等・想定品

仕様	1 薬液の加圧／減圧が自動的に繰り返せること。 2 薬液攪拌機能の選択ができること。 3 パラフィン槽を4槽以上具備していること。 4 装置の稼動状況が一目で確認できること。 5 薬液タンクの接続状態を確認できること。 6 9種類以上の処理プログラムを記憶できること。 7 検体処理時の1槽あたりの使用試薬量が2.2L以下であり、ランニングコストを極力抑えられること。 8 機器寸法が500(W)×605(D)×1,195(H)mm以下であること。 9 通常のAC100V電源を用いて動作を行い、最大電力が8.5A以下であること。 10 レトルト洗浄後のレトルト乾燥機能を有していること。
想定品	取扱 サクラファインテックジャパン 型式 VIP-5-Jr-J0

5 その他

- (1) 運送、搬入、据付、試運転、機器調整を行い、使用可能な状態で引き渡すこと。なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (2) 必要に応じ、電気、ガス及び排気等の接続を行うこと、なお、これらに要する費用は受注者の負担とする。
- (3) 納入の際は、事前に納入予定日時を発注者の指示する職員と協議の上、指示する場所に設置すること。不要な梱包材等の撤去は、受注者が行うこと。
- (4) 取扱説明書（日本語）を1部提出すること。
- (5) 購入物品の運用及び管理に必要な事項について、最終検収前に発注者の指示する職員に対し、必要十分な知識及び技術について指導するものとする。ただし、その実施場所、時期、内容等は別に協議の上定め、指導に要する資材及び経費等は受注者が負担するものとする。
- (6) 受注者は、併せて発注者の指示する職員に対して、購入物品の取扱、操作、日常の保

守点検等について、必要な技術指導を行うものとする。

- (7) 定期点検や部品供給等のアフターサービスに速やかに対応可能であること。
- (8) 保証期間は納入後最低1年間とし、通常使用により故障・不具合が生じた場合は、速やかに無償で修理、調整を行うこと。